

计量认证及编号:



2011002973K

清华大学环境质量检测中心

Center for Environmental Quality Test, Tsinghua University

水 质

Water Quality

检 测 报 告

DETECTING AND ANALYZING REPORT

报告编号

CEQT-BG-(W)-14040402-02

SERIES NUMBER

委托单位

北京航天常兴科技发展有限公司

ENTRUSTING UNIT

报告时间

2014 年 04 月 16 日

REPORTING DATE

检测单位

DETECTING AND ANALYZING UNIT 清华大学环境质量检测中心

地址: 清华大学环境节能楼 502

ADDRESS: Room 502, Environment and Energy Building, Tsinghua University

邮编: 100084

电话: 010-62788932

传真: 010-62797760

POSTCODE

TELEPHONE

FAX

注 意 事 项

1. 报告无检测单位检测专用章无效。
2. 复制报告未重新加盖检测专用章无效。
3. 报告无检验、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对报告有异议，在收到报告之日起 15 日内，向本单位或上级主管部门申请复验，逾期不申请的，视为认可检测报告。
6. 本中心声明只对被检样品负责。

地址：清华大学环境节能楼 502

ADDRESS: Room 502, Environment and Energy Building, Tsinghua University

邮编：100084

电话：010-62788932

传真：010-62797760

POSTCODE

TELEPHONE

FAX

检测报告

报告编号: CEQT-BG-(W)-14040402-02

委托单位	北京航天常兴科技发展有限公司		
受检单位	北京航天常兴科技发展有限公司		
样品来源	现场采样	采样日期	2014.04.08
样品类别	委托	样品批号	14040402
样品名称	污水	样品数量	1 个
检测项目	pH、氨氮、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量		
检测依据	pH	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	
主要使用仪器	Model 420A+ pH 计、DR5000 紫外可见分光光度计、DRB 200 COD 快速消解仪、DH-202 恒温干燥箱、AL104-IC 电子天平、SPX-150B-Z 型 恒温培养箱		

采样: 任学军

检验: 陈曦

审核: 李国村

批准: 任学军

清华大学环境质量检测中心

2014 年 04 月 16 日

检测报告

报告编号: CEQT-BG-(W)-14040402-02

样品编号	检测项目	单位	检测值
1404040201	pH	无量纲	7.1
	氨氮	mg/L	<0.025
	悬浮物	mg/L	8
	化学需氧量	mg/L	11.0
	五日生化需氧量	mg/L	2.4

以下空白

检测中心
检测专用章

附件一:

水/废水采样点环境描述

编号	采样日期	采样口位置	采样量(mL)	样品描述			周围环境描述
				颜色	臭和味	有无悬浮物、油膜	
1404040201	2014.04.08	污水口	2000	无色	无臭味	无悬浮物、无油膜	采水点位于污水总排口处， 采水点位置周围是空地。